



VSEM ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM

ZADEVA: DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE V OKVIRU JN »MATERIAL ZA VARNEJŠE INJICIRANJE III«

Spoštovani!

Na podlagi vložene zahteve zainteresiranega ponudnika za dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije za javno naročilo »Material za varnejše injiciranje III« številka JN9316/2009, naročnik odgovarja kot sledi:

Vprašanje:

Vljudno Vas naprošamo, da rok za oddajo ponudb podaljšate za 1 teden, ker je prekratek.

Odgovor:

Rok za oddajo ponudb je podaljšan. Novi rok: 26.11.2009, do vključno 12. ure

Koper, 18.11.2009

Vprašanje za sklop št. 1

Kot debelino razpisane igle ste navedli 0,33 mm, verjetno ker tehnologija izdelave igel zadnjih let tanjših igel ni omogočala. Naš proizvajalec za enak namen kot pri vašem razpisu danes izdeluje brizge z iglami debeline 0,30 mm, kar je sicer malenkostno odstopanje od vašega zahtevka in verjetno še znotraj možnih toleranc. Lahko brizge s takimi iglami tudi ponudimo ?

Odgovor

Glede na naše večletne izkušnje, našim uporabnikom najbolj ustrezajo mere, ki smo jih navedli v razpisu. Te so že preverjene in zadovoljujejo njihove potrebe. Čeprav je vaša ponudba zanimiva, vztrajamo pri navedenih merah.

Koper, 20.11.2009