



VSEM ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM

ZADEVA: DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE V OKVIRU JN »MATERIAL ZA VARNEJŠE INJICIRANJE«

Spoštovani!

Na podlagi vložene zahteve zainteresiranega ponudnika za dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije za javno naročilo »Material za varnejše injiciranje« številka JN3936/2009, naročnik odgovarja kot sledi:

Vprašanje:

V skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo "material za varnejše injiciranje" št. 09150509 Vas prosim, za natančnejši opis izdelkov v sklopu št. 2. in 3.

Pri sklopu št. 3 - kakšni nastavki?

Odgovor:

Pomembno pri sklopu št. 2 »Brizge brez igel« je predvsem to, da imajo brizge gumico in da je potrebno upoštevati koliko kubične so (kar je razvidno iz razpisne dokumentacije).

Nastavki so igle za brizge. Pri tem sklopu je pomembno predvsem to, da se ponudnik drži dimenzij, ki so zahtevane.

Koper, 22.5.2009

Vprašanje:

Zaporedna št. 1 razkužilo za roke;
Ali ponudimo razkužilo z dozatorjem, da boste lahko odmerjali zahtevano količino razkužila? Je vaša zahteva ponujenega razkužila 1 l, ali lahko ponudimo razkužilo

v 5 l embalaži, kar predstavlja ugodnejšo ponudbo?

Odgovor:

Ni nujno, da ponudite razkužilo z dozatorjem. Zahtevamo razkužilo v 1 l embalaži.

Vprašanje:

Zaporedna št. 2 razkužilo za talne površine;
Ali lahko ponudimo koncentrat? Če da, na kakšen način podamo ceno delovne raztopine, kar je za vas dejanski strošek?

Odgovor:

Pri čistilu za talne površine z razkužilom gre za koncentrat. Uporabnik bo raztopino pripravil v skladu z navodili proizvajalca.

Koper, 27.5.2009

Vprašanje:

Prosimo za podrobnejši opis zahtevanih rokavic v sklopu 6 - ali želite lateks ali PVC rokavice? Pri sklopu 7, pod zaporedno številko 2 nas zanima, ali zahtevate koncentrat za pripravo razkužila ali končno razkužilo?

Odgovor:

Rokavice morajo biti iz lateksa.
Na vprašanje glede sklopa 7, zaporedna št. 2, smo dogovorili dne 27.5.2009.
Prosimo, da dodatna pojasnila razpisne dokumentacije spremljate na naši spletni strani: <http://www.zzv-kp.si>

Koper, 29.5.2009